

TESTE DE IMPERMEABILIZANTES CONTRA GRASAS Y ACEITE EM PAPEL

MODELO TSP-LG-B

DESCRIPCIÓN GENERAL

Equipo de laboratorio para evaluar a la resistencia de productos impermeabilizantes aplicados en pruebas de papel referente a su exposición a grasas, aceite y otros líquidos.

Máquina hecha de acero inoxidable con panel integrado.

Diámetro de las pruebas: 60 mm.

Posee dos vasos de vidrio con soporte en acero inoxidable para fijar a las pruebas en la base inferior, en la cual se encuentra recipiente para retener a los líquidos para el ensayo.

Hay otro soporte para las pruebas en ensayo usando a las grasas y aceite. Las pruebas son iluminadas por lámpara.

En la parte inferior del equipo, abajo de los soportes, se encuentran dos cámaras digitales que visualizan en software a la cantidad de grasa, aceite o líquido que pasa por las pruebas que poseen el impermeabilizante, al largo del tiempo de ensayo. Software con opción de imprimir el resultado.

Laptop/ordenador por cuenta del cliente.



DATOS TÉCNICOS - MODELO TSP-LG-B

Cantidad de pruebas	2
Diámetro de las pruebas	60 mm
Soportes para ensayos con grasas/aceite	2
Soportes para ensayos con líquidos	2
Potencia	0,2 kW
Tensión	220 V (monofásico)
Peso	aprox. 70 kg
Dimensiones (L x A x Al)	32 x 50 x 50 cm



vasos de vidrio con soportes para fijar a las pruebas de papel en ensayo con líquidos



soporte removible para fijar a la prueba de papel en ensayo con grasas y aceite (El soporte está apenas apoyado sobre el vidrio en la base.)



base de vidrio (removible para limpieza)

Werner Mathis AG

Rütisbergstrasse 3
 CH-8156 Oberhasli/Zürich, Switzerland
 Telefon 41(0)44-852 5050
 Telefax 41(0)44-850 6707
 E-Mail info@mathisag.com
 Homepage www.mathisag.com

Aparelhos de Laboratório Mathis Ltda.

Estrada dos Estudantes, 261
 06707-050 Cotia - SP, Brasil
 Tel: 55 (0)11 3883-6777
 Fax: 55 (0)11 3883-6750
 E-mail: mathis@mathis.com.br
 Site: www.mathis.com.br